

**Nr sprawy: RSPR – 3 PN/ 2016**

## **S I W Z**

**na dostawę dwóch fabrycznie nowych rok produkcji 2016  
ambulansów sanitarnych typu C  
dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego**

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM**

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**( tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 2164.)**

**WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 209 000 Euro.**

**KOD CPV : 34.11.41.21-3, 33.19.21.60-1**

Radom, marzec 2016 r.

## Spis Treści – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I	Nazwa (firmy) i adres Zamawiającego	3
Rozdział II	Tryb udzielenia zamówienia	3
Rozdział III	Przedmiot zamówienia	3
Rozdział IV	Termin realizacji zamówienia	5
Rozdział V	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	5
Rozdział VI	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu	8
Rozdział VII	Termin związania ofertą	9
Rozdział VIII	Opis sposobu przygotowywania oferty	10
Rozdział IX	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	12
Rozdział X	Tryb otwarcia ofert	12
Rozdział XI	Opis sposobu obliczania cen	13
Rozdział XII	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	13
Rozdział XIII	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	13
Rozdział XIV	Istotne postanowienia umowy.	15
Rozdział XV	Pouczenie o środkach ochrony prawnej	15
Rozdział XVI	Postanowienia końcowe	15
Rozdział XVII	Załączniki	16

## I. Nazwa (firmy) i adres Zamawiającego

Nazwa Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,  
Adres: ul. Tochtermana 1,  
26 – 600 Radom,  
tel./fax. (48) 362–48–47,  
adres e-mail: [pogotowie@pogotowie.radom.pl](mailto:pogotowie@pogotowie.radom.pl)  
strona internetowa: [www.pogotowie.radom.pl](http://www.pogotowie.radom.pl)

## II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości poniżej 209 000 euro , zgodnie z art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) zwanej dalej „ustawą”.

## III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: **dostawa dwóch fabrycznie nowych rok produkcji 2016 ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ.**
2. Rodzaj zamówienia publicznego: dostawa
3. Opis przedmiotu zamówienia
  - 3.1 Przedmiotem zamówienia **jest dostawa dwóch fabrycznie nowych rok produkcji 2016 ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ.**

Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789+A1: 2011 typ ambulansu C (lub norm równoważnych) w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania. **Każdy ambulans dostarczony będzie wraz z noszami głównymi i transporterem do noszy.**
  - 3.2 Dostawa dwóch fabrycznie nowych ambulansów sanitarnego typu C zostanie potwierdzona protokołem odbioru i fakturą.
4. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w „**Formularzu parametrów wymaganych**” (wymagane minimalne parametry techniczne oraz parametry użytkowe przedmiotu zamówienia) **zał. nr 2 do SIWZ.**
5. Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych pojazdu i wyposażenia na terenie Polski położony najbliżej siedziby Zamawiającego.
6. **Minimalny okres gwarancji** na oferowane ambulanse sanitarne typu C od daty podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia przebiegu, **wynosi 24 miesiące.**
7. **Minimalny okres gwarancji na nosze główne i transporter do noszy /wyposażenie zamontowane w ambulansie/ wynosi 24 miesiące.**
8. **Minimalny okres gwarancji** na perforację nadwozia **120 miesięcy.**
9. **Minimalny okres gwarancji** na powłokę lakierniczą **36 miesięcy.**

10. Termin wszystkich gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania kompletnych ambulansów.
11. Wykonawca zobowiązany jest do instruktażu personelu medycznego w zakresie działania obsługi i konserwacji ambulansu i sprzętu w nim zamontowanego przy przekazywaniu ambulansów oraz do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznych, eksploatacji i napraw, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
12. **Wykonawca zobowiązuje się do montażu w ambulansach sprzętu i aparatury medycznej dostarczonej przez Zamawiającego.**
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu w ambulansie urządzeń systemu wspomagania dowodzenia /SWD/ składającego się m. in. z modułu GPS, drukarki wraz z podstawą, przenośnego tabletu wraz z podstawą /stacją dokującą/ i przegubowym uchwytem, bez utraty gwarancji producenta pojazdu. Zamawiający przewiduje montaż ww. urządzeń przez pracownika uprawnionej do tego firmy w uzgodnieniu z Wykonawcą, a montaż nie będzie miał wpływu na utratę gwarancji. Wykonawca zapewni wyprowadzenie odpowiednich napięć zasilających i sygnałów sterujących do urządzeń systemu SWD, PRM.
14. **Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwo homologacji wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24 października 2005 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. nr 238 poz. 2010 z późn. zmianami), na ambulans sanitarny. Ambulans musi odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.).**
15. Po dostarczeniu ambulansów sanitarnych typu C wraz ze wszelkimi wymaganymi dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji ambulansu. W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział Komunikacji, Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ.
16. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień  
(CPV): **34.11.41.21-3, 33.19.21.60-1**
17. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

#### **IV. Termin realizacji zamówienia**

##### **1. Wymagany termin realizacji - do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.**

Wykonawca powiadomi Zamawiającego 2 dni przed, o terminie dostarczenia oferowanych ambulansów sanitarnych typu C.

2. Zakończeniem realizacji zamówienia będzie podpisanie protokołu odbioru.

#### **V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące:

##### **1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku : Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia” (załącznik nr 5 do SIWZ).

##### **1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów: - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załącznikiem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - **minimum trzech dostaw, których zakres merytoryczny odpowiada przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 395 000,00 PLN każda**, zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”( załącznik nr 4 do SIWZ).

##### **1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie się posiadaniem co najmniej jednego punktu serwisowego pojazdów w odległości max. 15 km od siedziby Zamawiającego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”

##### **1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę w/w warunku na dzień otwarcia ofert

na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia” **załącznik nr 5 do SIWZ**).

2. Zamawiający wykluczy z postępowania:

2.1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2.2. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

2.4. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

2.5. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

2.6. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

2.7. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

2.8. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2.9. Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2.10. Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo – akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

3.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

3.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3.3. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3.4. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja

zapobiec zawinieniu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

4. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 ustawy pzp .
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy z dokumentów lub oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wynikać będzie uprawnienie do wykonywania czynności niezbędnych do zrealizowania zamówienia.
7. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty - oświadczenia o których mowa w sekcji. VI wg formuły „spełnia bądź nie spełnia”.
8. Nie złożenie przez Wykonawcę wskazanych dokumentów, bądź złożenie ich w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Pzp.

## **VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1 do SIWZ**.
2. Wypełniony formularz cenowy wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1A do SIWZ**.
3. Wypełniony formularz parametrów wymaganych –**załącznik nr 2 do SIWZ**.
4. Wypełniony formularz parametrów punktowanych –**załącznik nr 3 do SIWZ**.
5. **Świadectwa homologacji** na oferowane ambulanse sanitarne typu C- kopie.
6. wykaz zrealizowanych minimum trzech dostaw wg wzoru stanowiącego - **załącznik nr 4 do SIWZ**.
7. **Oświadczenie potwierdzające spełnienie** przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1, wg załączonego druku– **załącznik nr5 do SIWZ**.
8. **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
9. Akceptacja projektu umowy wg wzoru stanowiącego - **załącznik nr 7 do SIWZ**
10. **Aktualny odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy, (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert),
11. **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz



składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert),

12. **Oplaconą polisę**, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
13. **Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o którym mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz.331, z późn. zm.) – **załącznik nr 8 do SIWZ**.
14. **Pełnomocnictwa osób** podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
15. **Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia i wskaże – zakres udostępnionych zasobów związanych z realizacją zamówienia oraz dostarczy status prawny tych wykonawców – dokumenty rejestrowe.-załącznik nr 9 do SIWZ.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

#### **Uwaga:**

*Jeżeli Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zgodnie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (D. U. z 2013, Poz.231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust.*

*1: składa dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:*

*- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.*

*-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.*

## **VII. Termin związania ofertą.**

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Termin związania ofertą wynosi **30 dni liczony od terminu składania ofert.**

## VIII. Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie ze SIWZ.
2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie, zawierać spis treści oraz podpisana przez:
  - a) osobę/-y wskazaną/-e w prowadzonych przez Sąd właściwych rejestrach lub;
  - b) osobę/-y wymienioną/-e w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub;
  - c) inną osobę legitymującą się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej.
4. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający dekompletację i posiadały ponumerowane strony oferty.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski.
7. **Do oferty należy dołączyć** dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenia i formularze wg wzorów załączników:
  - a) **Załącznik nr 1** do SIWZ jest „Formularz ofertowy”
  - b) **Załącznik nr 1 A do oferty** „Formularz cenowy”
  - c) **Załącznik nr 2** do SIWZ-Wypełniony formularz parametrów wymaganych ,
  - d) **Załącznik nr 3** do SIWZ -Wypełniony formularz parametrów punktowanych
  - e) **Załącznik nr 4** do SIWZ -Wykaz dostaw
  - f) **Załącznik nr 5** do SIWZ , jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp”,
  - g) **Załącznik nr 6 do SIWZ** jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp”
  - h) **Załącznik nr 7 do SIWZ** akceptacja projektu umowy ”
  - i) **Załącznik nr 8 do SIWZ** formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp”,
  - j) **Załącznik nr 9** do SIWZ jest formularz o nazwie „Zobowiązanie “
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
  - a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1- ust.2a Ustawy Prawo zamówień publicznych
  - b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
  - c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
  - d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

9. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące nr NIP, REGON, adres internetowy (URL), adres poczty elektronicznej (e-mail). Zamawiający zamieszcza te informacje w Ogłoszeniu o Udzieleniu Zamówienia.
10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
11. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub jako kopia poświadczona notarialnie.
12. Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone imienną pieczętką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji.
13. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.
14. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
15. Oferta winna być złożona w zapieczętowanej lub inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie, który uniemożliwi jakiegokolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy – z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę;
16. Oferta winna być opisana następująco:

*Nazwa Wykonawcy*  
*adres Wykonawcy*

**„Dostawa - dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego”**

**Znak sprawy: RSPR – 3 PN/2016**

**NIE OTWIERAĆ PRZED 13.04.2016 r. godz. 10:30**

- a) Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli brakuje lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.
18. „WYCOFANIE OFERTY” z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie „WYCOFANIE” według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian. Do składanego oświadczenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

## **IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w **sekretariacie - I piętro (pok. nr 12), w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom**, (dotyczy również ofert dostarczanych pocztą kurierską) lub przesłać na adres Zamawiającego.
2. **Termin składania ofert upływa: dnia 13.04.2016 r. do godz. 10:00**  
Oferty wysyłane, które dotrą do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
3. O złożeniu oferty po terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie.
4. Zgodnie z art. 84 pzp : „w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania”.
5. Każdej złożonej ofercie zostanie nadany numer identyfikacyjny.
6. **Otwarcie ofert nastąpi: dnia 13.04.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego II piętro, pokój 13.**
7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

## **X. Tryb otwarcia ofert.**

### **1. Część jawna**

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w obecności osób, które zechcą wziąć udział w ich otwarciu.

Podczas otwarcia ofert podaje się:

- nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminy wykonania zamówienia , warunki płatności zawartych w ofertach.

Informacje, o których mowa powyżej przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

### **2. Część niejawna**

- a) W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje oceny kompletności oferty i spełnienia warunków formalnych.
- b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- c) Zamawiający poprawia w tekście oferty:
  - ^ oczywiste omyłki pisarskie,
  - ^ oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - ^ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- d) W dalszej części komisja przetargowa porównuje oferty zakwalifikowane, jako odpowiadające warunkom, z uwzględnieniem kryteriów określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## **XI. Opis sposobu obliczania cen**

1. Wszelkie informacje finansowe muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie.
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
3. Zgodnie z art.91 ust 3a - „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatkach od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

## **XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
  - 1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
  - 1.2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
  - 1.3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
  - 1.4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Kryteria oceny ofert:

### **Kryterium cena znaczenie - 75 %**

W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:

**Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych/cena oferty ocenianej) x 100 pkt**

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

### **Kryterium parametry techniczne ambulansu znaczenie - 25 %**

Ocena ofert nastąpi zgodnie z załącznikiem nr 3 „formularz parametrów punktowanych”.

W celu porównania ofert zostanie zastosowany wzór:

**Ocena punktowa = (liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej / najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie nieodrzuconej) x 100 pkt**

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

3. Punkty przyznane ofertom w każdym z kryteriów zostaną przemnożone przez

znaczenie danego kryterium, a następnie zsumowane.

4. Oferta z najwyższą sumą punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą sumę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

### **XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
  - pisemnej,
  - faksem,
  - drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
  - a) nazwę i adres Wykonawcy,
  - b) nr telefonu i faksu, e-mail,
  - c) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania.
4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego:  
**Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,**  
**26-600 Radom, ul. Tochtermana 1,**  
**w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając**  
**zapotrzebowanie na adres: [pogotowie@pogotowie.radom.pl](mailto:pogotowie@pogotowie.radom.pl)**
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej.
9. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
lek. med. Piotr Kowalski – Dyrektor RSPR  
e-mail: [pogotowie@pogotowie.radom.pl](mailto:pogotowie@pogotowie.radom.pl)

#### **XIV. Istotne postanowienia umowy**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

#### **XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy( art. 180 ust. 1 pzp.)
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności ( art.180 ust.2 pzp) :
  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią, odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2 -tj. jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w punkcie powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust.2 .

#### **XVI. Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## **XVII. Załączniki**

**Załącznik nr 1** do SIWZ - „Formularz ofertowy”

**Załącznik nr 1 A** - „Formularz cenowy”

**Załącznik nr 2** do SIWZ- Wypełniony formularz parametrów wymaganych

**Załącznik nr 3** do SIWZ- Wypełniony formularz parametrów punktowanych

**Załącznik nr 4** do SIWZ - Wykaz dostaw

**Załącznik nr 5** do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp”,


**Załącznik nr 6** do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp”

**Załącznik nr 7** do SIWZ jest formularz o nazwie „projekt umowy” ,

**Załącznik nr 8** do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp”,

**Załącznik nr 9** do SIWZ jest formularz o nazwie „ Zobowiązanie

Zatwierdził:

  
DYREKTOR  
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Radomiu  
lek. med. Piotr Kowalski

Radom, marzec 2016r.



.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

### FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

w postępowaniu na dostawę dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ, znak sprawy:RSPR-3PN/2016

#### 1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa: .....

.....

Siedziba: .....

.....

Adres poczty elektronicznej: .....

Strona internetowa: .....

Numer telefonu: .....

Numer faksu: .....

Numer REGON: .....

Numer NIP: .....

#### Dane dotyczące Zamawiającego

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom

tel. 48 /36-248-47, 48/36-263-89

[www.pogotowie.radom.pl](http://www.pogotowie.radom.pl) e-mail [pogotowie@pogotowie.radom.pl](mailto:pogotowie@pogotowie.radom.pl)

**Nawiązując do ogłoszenia składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia na dostawę dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ.**

**Ambulans sanitarny typu C : Marka ....., typ i model**

.....

**Rok produkcji ..... nazwa handlowa .....**

**wersja, wariant .....**

*(zgodnie ze świadectwem homologacji)*

#### 1. Oferujemy

- dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C w terminie ..... tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do uwzględnienia indywidualnych wniosków Zamawiającego dotyczących zabudowy przedziału medycznego.

3. Termin płatności: **14 dni** od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

4. Minimalny okres gwarancji na oferowane dwa ambulanse sanitarne typu C od daty podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia przebiegu, wymagany: **24 miesiące**, deklarowany :..... \*

5. Minimalny okres gwarancji / na nosze/ wyposażenie zamontowane w ambulansie, wymagany: **24 miesiące**, deklarowany :..... \*
6. Minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia: wymagany: **120 miesięcy** deklarowany ..... \*
7. Minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą: wymagany **36 miesięcy**: deklarowany .....\*

*\* Proszę wpisać deklarowane okresy gwarancji w miesiącach*

.....  
pieczęć i podpis czytelną osoby upoważnionej Wykonawcy  
do złożenia oferty

.....  
miejsowość i data

Załącznik Nr 1A do SIWZ

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

**FORMULARZ CENOWY**

Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C  
o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ, znak sprawy: RSPR-3PN/2016

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Wartość netto ( PLN)	Podatek VAT		Wartość brutto (PLN)
				Stawka	Kwota	
1.	Fabrycznie nowy (rok produkcji 2016) ambulans sanitarny typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ.	2szt				
2.	Nosze główne	2 szt				
3.	Transporter noszy głównych	2 szt				
	<b>R A Z E M:</b>					

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej/ Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy/Oferenta

**FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016)  
ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ  
znak sprawy: RSPR-3PN/2016

Marka, model, typ oferowanego pojazdu bazowego:

.....

Parametry wymagane	TAK/NIE*	Parametr oferowany*
<b>1. NADWOZIE</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- typ furgon częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t.</li><li>- kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z tapicerką ze sztucznej skóry, z podłokietnikami, z regulowanymi na wysokość zagłówkami, fotel kierowcy regulowany,</li><li>- Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1850,</li><li>- Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.</li><li>- Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do dodatkowego wyposażenia.</li><li>- Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwany dostępny z zewnątrz pojazdu z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzeselka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych.</li><li>- drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą (drzwi do przedziału medycznego), z elektrycznym systemem wspomaganie ich domykania</li><li>- drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby (drzwi do przedziału ładunkowego), z elektrycznym systemem wspomaganie ich domykania,</li><li>- drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260° ,</li><li>- stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny,</li><li>- stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny stały ,</li><li>- lakier w kolorze białym,</li></ul> Do oferty należy dołączyć certyfikat zgodności		

z normą PN-EN 1789 w zakresie ambulansu typu C wystawiony dla oferowanej marki i modelu ambulansu przez jednostkę notyfikującą		
<b>2. SILNIK</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- z zapłonem samoczynnym,</li> <li>- moc silnika min. 160 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 400Nm</li> <li>- napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha</li> <li>- spełniający wymagania normy EURO 6</li> </ul>		
<b>3. ZESPÓŁ NAPĘDOWY</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- skrzynia biegów automatyczna</li> <li>- napęd na koła przednie lub tylne</li> </ul>		
<b>4. ZAWIESZENIE</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zawieszenie wzmocnione tj. fabrycznie wzmocnione stabilizatory osi przedniej i tylnej, wzmocnione amortyzatory, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort .</li> </ul>		
<b>5. UKŁAD HAMULCOWY</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ze wspomaganiami i korektorem siły hamowania,</li> <li>- z systemem zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania np. ABS ,</li> <li>- z systemem stabilizującym tor jazdy np. ESP ,</li> <li>- z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR,</li> <li>- z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA,</li> <li>- z systemem wspomagania ruszania „pod górę”,</li> <li>- z trzecim światłem hamowania</li> </ul>		
<b>6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- fabryczny alternator o wydajności minimum 190A,</li> <li>- dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 95 Ah (łącznie min. 190Ah)</li> </ul>		
<b>7. WYPOSAŻENIE POJAZDU</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera ,</li> <li>- centralny zamek we wszystkich drzwiach,</li> <li>- autoalarm wyposażony w dwa piloty,</li> <li>- dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane,</li> <li>- reflektory przeciwmgielne przednie,</li> <li>- szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem,</li> <li>- ogrzewana szyba przednia,</li> <li>- półka nad przednią szybą,</li> <li>- sufitowe oświetlenie punktowe w kabinie kierowcy,</li> <li>- boczne światła pozycyjne,</li> <li>- elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy,</li> <li>- regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach,</li> <li>- czujnik deszczu,</li> <li>- wskaźnik temperatury zewnętrznej,</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- uchwyty wejściowe dla kierowcy i pasażera,</li> <li>- niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem pojazdu,</li> <li>- klimatyzacja kabiny kierowcy,</li> </ul>		
---	--	--

<b>II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA</b>		
1.	Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie fabrycznego niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego do ogrzewania przedziału medycznego; <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu,</li> <li>- ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (podać markę i model nagrzewnicy)</li> </ul>	
2.	Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia)	
3.	Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie powietrzne przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (proszę podać markę i model urządzenia),	
4.	Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m <sup>3</sup> /h),	
5.	Otwierany szyber - dach fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji wyjścia ewakuacyjnego o minimalnych wymiarach 800 mm x 500 mm, (proszę podać markę, model i wymiary dostępnego wyjścia ewakuacyjnego).	
6.	Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). Nawiew zimnego powietrza do przedziału medycznego przez urządzenie uzdatniające wydmuchiwane powietrze. Uzdatnianie powietrza ma polegać na zmniejszeniu poziomu bakterii, wirusów, zarodników, pleśni np. poprzez system promieniowej jonizacji	

	katalitycznej (opisać oferowane rozwiązanie, urządzenie)		
<b>III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
1.	<p>Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V),</li> <li>2. kabel zasilający o długości min. 10m,</li> <li>3. zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V,</li> <li>4. wyłącznik przeciwporażeniowy,</li> <li>5. automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działająca przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne)</li> </ol>		
2.	<p>Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem, zalaniem, wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie,</li> <li>2. powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego,</li> <li>3. powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami,</li> <li>4. oświetlenie halogenowe blatu roboczego – minimum 1 punkt,</li> </ol>		
3.	<p>Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący o minimalnych właściwościach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu</li> <li>2. z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)</li> <li>3. informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu</li> <li>4. sterujący oświetleniem przedziału medycznego</li> <li>5. sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego</li> <li>6. zarządzający systemem ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury</li> </ol> <p>Panel sterujący z wysoko kontrastowym (rozdzielczość co najmniej 800x400 pixeli - podać) kolorowym (min. 260 tys. kolorów -</p>		

	<p>podać wartość oferowaną) wyświetlaczem dotykowym (typu touchscreen) zapewniającym dobrą widoczność (o wymiarach min. 90x150 mm – podać wartość oferowaną)</p>		
4.	<p>Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych</li> <li>2. informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V</li> <li>3. informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy</li> <li>4. informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego</li> <li>5. ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego</li> <li>6. sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych)</li> </ol> <p>Panel sterujący z wysoko kontrastowym (rozdzielczość co najmniej 800x400 pixeli - podać) kolorowym (min. 260 tys. kolorów - podać wartość oferowaną) wyświetlaczem dotykowym (typu touchscreen) zapewniającym dobrą widoczność (o wymiarach min. 90x150 mm – podać wartość oferowaną)</p>		
<p><b>IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE</b></p>			
1.	<p>W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z nadwoziem sygnalizacja świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpoła pojazdu oraz napis z układów LED „AMBULANS”.</p> <p>Sygnalizacja świetlna (wraz z reflektorami i napisem „AMBULANS”) ma być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. Podać markę i model oraz załączyć homologację.</p>		
2.	<p>Na wysokości podszybia 2 lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED</p>		
3.	<p>Dodatkowe lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED na błotnikach.</p>		
4.	<p>W tylnej części pojazdu zintegrowane z nadwoziem, połączone w jeden moduł</p>		



	niebieskie światła sygnalizacyjne typu LED Sygnalizacja świetlna musi być wbudowana w nadwozie pojazdu (zespolona z nadwoziem) tworząc jedną bryłę. Podać markę i model oraz załączyć homologację.		
5.	Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami – głośnik zamontowany w pasie przednim. Zmiana modulacji sygnałów poprzez przycisk w kierownicy.		
6.	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. Możliwość włączenia tylko sygnalizacji świetlnej.		
7.	Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model.		
8.	Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. ( Dz. U nr 209 poz. 1382) w sprawie oznaczenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz wymagań z zakresie umundurowania członków Zespołów Ratownictwa Medycznego		
9.	Dodatkowe migacze, typu LED zamontowane w tylnej górnej części nadwozia pojazdu.		
<b>V. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI</b>			
1.	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej maximum -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna.		
2.	Instalacja niezbędna do zainstalowania przewoźnego, cyfrowego radiotelefonu		
3.	Wewnętrzna łączność między kierowcą i przedziałem dla pacjenta zgodna z norma PN-EN 1789		
<b>VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY</b>			
1.	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.		
2.	Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.		
3.	Na prawej ścianie dwa fotele obrotowe, posiadające trzypunktowe pasy bezpieczeństwa		

	i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Podać markę i model fotela.		
4.	Przy ścianie działowej u wezłowania noszy fotel obrotowy w zakresie 360 stopni, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Podać markę i model oferowanego fotela.		
5.	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane elektrycznie, sterowanie zarówno z przedziału medycznego jak i z kabiny kierowcy (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 180 cm, szerokość min. 40 cm – podać wartości oferowane) spełniające normę PN- EN 1789.		
6.	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym.		
7.	Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt. szuflad) - kosz na śmieci - ampularium		
8.	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników.		
9.	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.		

10.	Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w trakcie eksploatacji.		
11.	Centralna instalacja tlenowa z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA , manometrem ciśnienia w instalacji oraz przełącznikiem butla/butla (wybór butli z której ma być pobierany tlen); sufitowy punkt poboru tlenu z przewodem i maseczką pacjenta, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; uchwyt na 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. butli tlenowej 10l z reduktorami.		
12.	Podstawa (ławeta) mechaniczna pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na ławetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). Zwolnienie mechanizmu wysuwu ławety nie może odbywać się za pomocą linki.		
13.	Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych.		
14.	Lodówka (pojemnik termoizolacyjny) zasilana z sieci 12V umieszczona w zabudowie meblowej, przeznaczona do przewożenia leków wymagających niskich temperatur przechowywania tj. ok. 5 st. C		
<b>VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU</b>			
1.	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa, trójkąty ostrzegawcze szt. 2		
2.	Czujniki cofania, kamera cofania + umieszczony w kabinie kierowcy monitor w formie lusterka wstecznego.		
3.	Radioodtwarzacz CD w kabinie kierowcy		
4.	Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED.		

1.	<b>NOSZE GŁÓWNE</b> (podać markę i model, załączyć folder)	<b>TAK</b>	
	przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji;	<b>TAK</b>	
	nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;	<b>TAK</b>	
	z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni;	<b>TAK</b>	
	rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;	<b>TAK</b>	
	z zestawem zabezpieczających pacjenta pasów szelkowych i poprzecznych, o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;	<b>TAK</b>	
	z dodatkowym zestawem pasów lub uprząży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model, załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi;	<b>TAK</b>	
	nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;	<b>TAK</b>	
	ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami do przenoszenia , z dodatkową parą rączek służącą do przenoszenia pacjentów bariatrycznych , ze składanym wieszakiem do kroplówki	<b>TAK</b>	
	z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;	<b>TAK</b>	
	nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;	<b>TAK</b>	
	z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;	<b>TAK</b>	
	wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy	<b>TAK</b>	
	obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)	<b>TAK</b>	
	waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-1 (podać wagę noszy w kg);	<b>TAK</b>	

2.	<b>TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH</b> (podać markę i model, załączyć folder)	<b>TAK</b>	
	z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu;	<b>TAK</b>	
	z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;	<b>TAK</b>	
	regulacja wysokości w min sześciu poziomach;	<b>TAK</b>	
	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia);	<b>TAK</b>	
	wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach na otwartych przestrzeniach. (podać średnicę kółek w mm);	<b>TAK</b>	
	min. dwa kółka wyposażone w hamulce	<b>TAK</b>	
	system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789;	<b>TAK</b>	
	dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia transportera; dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie	<b>TAK</b>	
	dodatkowa blokada podwozia zabezpieczająca przed samoczynnym lub niekontrolowanym złożeniem się i opadnięciem transportera w dół po przypadkowym naciśnięciu lub pociągnięciu mechanizmu zwalniającego	<b>TAK</b>	
	system serwisowy wskazujący konieczność wykonania przeglądu okresowego uzależniony od natężenia eksploatacyjnego zestawu transportowego	<b>TAK</b>	
	obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);	<b>TAK</b>	
	waga zestawu transportowego max. 51 kg (podać wagę transportera w kg);	<b>TAK</b>	
	transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z jego obsługą	<b>TAK</b>	
	transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami	<b>TAK</b>	

	antykorozyjnymi;		
	deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty;	<b>TAK</b>	

**Uwaga: dla wyposażenia dodatkowego (ponad standardowego dla danego modelu) podać kody producenta np. klimatyzacja kod XX00**

.....  
miejsowość, data

.....  
pieczęć i podpis czytelny osoby upoważnionej/Wykonawcy

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

### FORMULARZ PARAMETRÓW PUNKTOWANYCH

**Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C  
o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ  
znak sprawy: RSPR-3PN/2016**

Marka, model, typ oferowanego pojazdu bazowego:.....

Marka, model, typ oferowanych noszy: .....

Marka, model, typ oferowanego transportera: .....

<b>Parametr punktowany</b>	<b>Punktacja</b>	<b>TAK/NIE *</b>	<b>Parametr oferowany*</b>
Silnik o pojemności powyżej 2200 cm <sup>3</sup>	Tak - 50 pkt. Nie – 0 pkt		
Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie lewego lusterka bocznego i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi)	Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt		
System ostrzegający o możliwości kolizji (wizualne i dźwiękowe ostrzeżenie o zbyt małym odstępnie od innego pojazdu lub przeszkody z systemem wspomaganie nagłego hamowania)	Tak - 30 pkt. Nie – 0 pkt		
System automatycznego składania/rozkładania transportera przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp.	Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt.		

\* wypełnia Wykonawca

.....  
(data i czytelny podpis Wykonawcy)

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

**Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie**

**Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ  
znak sprawy: RSPR-3PN/2016**

Oświadczam/y, że Wykonawca wykonał (wykonuje) następujące dostawy:

Lp.	Przedmiot dostawy	Data wykonania / wykonywania dostawy	Wartość dostawy (... zł brutto )	Odbiorca (nazwa i adres Zamawiającego)

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw mogą być np. referencje, rekomendacje, listy polecające, opinie itp. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż dotyczą one przedstawionych w wykazie dostaw.

.....  
*data i podpis uprawnionej Wykonawcy*



.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

## **O Ś W I A D C Z E N I E**

**o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015.poz.2164)**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C**

**o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ**

**znak sprawy: RSPR-3PN/2016**

Ja, niżej podpisany

.....  
.....

Działając w imieniu i na rzecz

.....  
.....  
.....

*(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy; w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujące wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie)*

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniam warunki ,  
dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data .....

*(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach, uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)*

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

.....

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C**

**o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ**

**znak sprawy: RSPR-3PN/2016**

**Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015.poz.2164)**

.....  
( data wystawienia)

.....  
*pieczętka i podpis osoby uprawnionej Wykonawcy*

**PROJEKT UMOWY ..... nr RSPR- 3PN /2016**

zawarta w dniu ..... r. pomiędzy Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy- Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000096809 , posiadającym numer identyfikacyjny NIP 9481668643, Regon 670206286 reprezentowaną przez:

- Dyrektora - lek. med. Piotra Kowalskiego

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym ”,

a.....  
reprezentowanym przez :

.....  
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”

**§1**

**w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.2164) o następującej treści:**

**§2**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu **Dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ** oraz zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanego w treści umowy „przedmiotem umowy”.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy spełnia:
  - 1) wszelkie normy techniczne, jakościowe, homologacyjne,
  - 2) wymagania dotyczące ambulansów sanitarnych typu C wyszczególnione w SIWZ stanowiącej integralną część niniejszej umowy jako Załącznik nr .....
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

**§3**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §2 umowy, w terminie do dnia .....
2. **Wykonawca zobowiązuje się do montażu z ambulansach sprzętu medycznego i aparatury medycznej dostarczonej przez Zamawiającego.**
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.

**§4**

Koszty transportu i odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie transportu spoczywają na Wykonawcy.

**§5**

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę **dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ**  
kwotę netto : ..... złotych  
słownie: .....,

kwotę brutto tj. wraz z podatkiem VAT,..... złotych  
słownie:.....

2. Cena, o której mowa w ust. 1, zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, w szczególności podatki, cła według aktualnie obowiązujących przepisów.
3. Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie.
4. Cena, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktur VAT.
5. Podstawę do zapłaty ceny stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy .

#### **§6**

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. Okres gwarancji jest zgodny z ofertą Wykonawcy, począwszy od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego w protokole odbioru, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy.

#### **§7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
  - a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto,
  - b) w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki.
2. Niezależnie od kar, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary umownej.

#### **§8**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
  - a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  - b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej oraz powinno zawierać uzasadnienie.

#### **§9**

Jakiegokolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz z uwzględnieniem postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strony przewidują następujące możliwości dokonania istotnych zmian w niniejszej umowie:

- 1) Zmiana terminu dostawy – podyktowana okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, pod warunkiem ich uzasadnienia
- 2) Zmiany podyktowane zmianami wynikającymi z przepisów prawa.

#### **§10**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

#### **§11**

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają właściwości sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

#### **§12**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE**  
**O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**  
**zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp**

Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansów sanitarnych typu C  
o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ  
znak sprawy: RSPR-3PN/2016

W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity) oświadczam, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej /\*
- należymy do grupy kapitałowej, poniżej zamieszczamy listę przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej /\*:

**Lista podmiotów z grupy kapitałowej**

Lp.	Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby

\* / niepotrzebne skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

.....  
data i czytelny podpis osoby upoważnionej/Wykonawcy

## ZOBOWIĄZANIE

Nazwa podmiotu :

.....

Adres siedziby :

.....

Osoba uprawniona do reprezentacji

.....

Na podstawie art. 26 ust.2b Ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązuję się do oddania n/w

Wykonawcy

.....

( wpisać podmiot oraz adres )

do dyspozycji n/w zasoby:

.....

.....

na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pt. :

**Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2016) ambulansu sanitarnego typu C o parametrach technicznych zgodnych z treścią SIWZ dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1, znak sprawy: RSPR-3PN/2016**

.....

data i czytelny podpis osoby upoważnionej/Wykonawcy