

Radom, dnia 08 listopada 2021 roku

Nr sprawy: RSPR-D-4ZO/2021 odp.

Sprzedający ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego

Dotyczy; przeprowadzenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Zakup 2 szt. ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym, na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”, realizowanego na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. tj. z 2020r , poz. 1842 ze zmianami) w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zadanie: „Zakup 2 szt. ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym, na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

Odpowiedzi na zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazdy bazowe typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t?

NIE. Zgodnie z załącznikiem nr 2 zawierającym opis przedmiotu zamówienia

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse o mocy silnika 120 kW?

TAK. Kupujący dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse o momencie obrotowym wynoszącym 360 Nm ?

TAK. Kupujący dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse z manualną skrzynią biegów?

NIE. Zgodnie z załącznikiem nr 2 zawierającym opis przedmiotu zamówienia



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse z napędem tylne koła?

NIE. Zgodnie z załącznikiem nr 2 zawierającym opis przedmiotu zamówienia

6. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse ratunkowe (wg PN-EN 1789) przeznaczone do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzyosobowego zespołu specjalistycznego / podstawowego Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego?

NIE. Kupujący oczekuje Ambulansu Typu C o DMC powyżej 3,5 tony

DYREKTOR
Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu
lek. med. Piotr Kowalski